Pleistras

Atsparus vandeniui

Salvequick
Aqua Resist

Urgo
Resistant

Matopat
Plaster Universal

Hansaplast
Universal vattenavvisande

Apotek Hjärtat
Aqua Resist

Altapharma
Water resistant

Gamintojas		Orkla Care	Urgo Healthcare	Torunskie Zakalady	Beiersdorf	ASO	Pharmaplast
MATAVIMO VERTĖS IŠ TECHNINIŲ MATAVIMŲ							
Kompreso absorbcijos gebėjimas prieš pratekėjimą (techninis)	ml	0,22	0,21	0,23	0,20	0,18	0,17
Tempimo atsparumas ant sausos dangos (techninis)	N/cm	3,8	2,7	1,5	5,7	2,9	3,1
Tempimo atsparumas ant drėgnos dangos (techninis)	N/cm	1,8	0,3	1,6	2,3	3,5	0,2
Pleistro kvėpavimo gebėjimas (techninis)	g/cm2/24h	0,11	0,42	0,13	0,13	0,20	0,16
BANDYMŲ REZULTATAI ĮVERTINIMAS NUO 1 IKI 10, KUR 10 YRA GERIAUSIAS (SVORIS BENDRAME ĮVERTINIME SKLIAUSTUOSE)							
Gebėjimas išlikti ant odos + sukibimo stiprumas (panelė + techninis)	45%	8,8	7,2	7,7	9,1	8,6	6,0
Komfortas ir lankstumas (panelė)	25%	7,5	10,0	7,3	4,2	3,7	5,4
Kompreso absorbcijos gebėjimas prieš pratekėjimą (techninis)	10%	7,0	6,8	7,1	6,7	6,5	6,4
Poveikis/pėdsakai ant odos (panelė + techninis)	10%	5,6	6,7	5,6	5,9	5,1	6,2
Pakuotė ir naudojimas (panelė)	10%	9,7	9,7	9,7	9,5	9,0	9,6
BENDRAS ĮVERTINIMAS	**100%**	**8,1**	**8,0**	**7,5**	**7,3**	**6,9**	**6,3**
Komentārs		**Geriausias teste**	**Ilgai laikosi ant odos. Gerai kvėpuoja. Lankstus ir prisitaikantis, bet sunkiai nuimamas ir palieka klijų likučius ant odos.**	**Lankstus ir prisitaikantis. Džiūsta lėtai ir suminkština odą. Sunkiai nuimamas.**	**Gerai prilimpa prie odos ir laikosi ilgai, bet yra standus ir nepatogus. Džiūsta lėtai ir suminkština odą.**	**Standus ir nepatogus. Sunkiai nuimamas ir suminkština odą. Prastesnis sugeriamumas.**	**Standus ir nepatogus. Džiūsta labai lėtai. Prastesnis sugeriamumas. Prastai prilimpa prie drėgno paviršiaus.**

Test fakta

Faktai ir vaizdas: Testfakta 2025 m. kovo mėn.